

ワムシカウンター一式 仕様書

香川県水産試験場

項 目	仕 様 等	備 考
品目・数量	ワムシカウンター・1台	
必要な能力等	・動いているワムシ（長さ150～300μm）を計数できること。 ・密度として2000個体/mlまで計数を行えること。ただし、実際の計数に必要なサンプル量は0.5mlまででよい。 ・マニュアルにより、業務経験が少ない者でも簡単に扱えるもの。 ・電源の接続コネクタは、AC100Vであること。	
納入場所	高松市屋島東町75番地5 香川県水産試験場栽培漁業センター	
納入期限	令和7年12月26日	
保証期間	納品日から起算して、1年間の無料保証期間を有すること。	
その他	・本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、香川県水産試験場担当職員と協議し、その指示に従うこと。 ・納品にかかる費用（運送・運搬費等）については業者負担によるものとする。	